



FIGURE 3: Unità di alimentazione ad uso medico (esempio testaletto). Secondo la Norma UNI EN 793 non devono esistere interruttori o fusibili a portata di mano a protezione delle prese. Se esistono delle prese sull'unità di alimentazione, le protezioni devono essere accessibili solo utilizzando una protezione meccanica(coperchio) apribile solo con attrezzo.